



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Quest'Azienda intende avviare una "*consultazione preliminare di mercato*", ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici **interessati alla fornitura in noleggio di un flussimetro per chirurgia coronarica.**

Questa Amministrazione a tal fine intende altresì conoscere i prezzi di mercato (non il prezzo di listino), del sistema oggetto della consultazione preliminare, e delle relative sonde. Qualora si dovessero riscontrare delle divergenze tra le caratteristiche richieste, e quelle possedute, vogliate cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.

Caratteristiche

La presente consultazione preliminare di mercato, ha per oggetto la fornitura in noleggio di un sistema portatile intraoperatorio che utilizza l'ultrasonografia per la corretta ed esaustiva valutazione intraoperatoria dei grafts. Tale sistema deve essere in grado di misurare la pressione sanguigna e le resistenze vascolari, la curva di flusso pulsatile e media, il valore di flusso medio, l'indice di pulsatilità e l'indice di riempimento diastolico durante la chirurgia coronarica.

Tale sistema deve, altresì, essere in grado individuare e quantizzare il grado di stenosi delle arterie, di determinare con precisione il flusso ematico all'interno di un condotto e di rappresentarlo graficamente, integrandolo con altri parametri quali pressione ed ECG, e con tali parametri a disposizione deve essere in grado di determinare la qualità del flusso all'interno del by-pass e stampare i risultati.

Il Sistema deve essere dotato di marcatura CE, e Repertorio dispositivi medici.

Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/2016 s.m.i. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;

1

PV^{DA}

- b. assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
- c. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi;

Presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, e/o le loro considerazioni, entro le **ore 12:00 del 22 dicembre 2018**, inviando una PEC all'indirizzo: gare.tecnologia@ospedalecasertapec.it, con oggetto "*consultazione preliminare di mercato per l'affidamento della fornitura in noleggio di un flussimetro intraoperatorio per chirurgia coronarica*", producendo la seguente documentazione:


- a. il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi prescritte;
- b. autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal presente avviso.

La predetta indagine ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di soggetti da consultare, oltre a quelli conosciuti, ai fini dell'affidamento della fornitura.

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito quest'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato rappresenti l'unico fornitore del servizio innanzi descritto, quest'Azienda intende manifestare, altresì, l'intenzione di affidare il suddetto servizio ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni economiche.

Ing. Vittorio Emanuele Romallo



Direttore. u.o.c. Cardiochirurgia

Dott. Luigi Piazza

