



16/07/2018 12.39-20180018984*

**Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"**
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Il Direttore UOC. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo
PEC: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it

**CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA
HARDWARE/SOFTWARE DEL SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE SU BASE
ANGIOGRAFICA DELLA RISERVA DI FLUSSO CORONARICO (QFR)**

Quest'Azienda intende avviare una "consultazione preliminare di mercato", ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici, soluzioni tecniche e condizioni economiche praticate, per la fornitura hardware e software del sistema per la determinazione su base angiografica della riserva del flusso coronarico (QFR), al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della u.o.c. Cardiologia Interventistica.

Caratteristiche principali del software

- ✓ Possibilità di ricostruzione 3D del vaso con QCA 3D;
- ✓ Analisi funzionale dell'intero vaso e delle singole stenosi;
- ✓ Virtual pullback funzionale anche su lesioni in tandem con residual qfr (virtual stenting) ;
- ✓ Acquisition guide online per selezionare la seconda proiezione in alla base alla prima;
- ✓ Co-registrazione con immagini angio per ogni punto del tratto analizzato;
- ✓ Utilizzabile online nel cathlab con tempi medi di analisi inferiori a 5 minuti.
- ✓ Configurato come nodo Dicom per ricevere le immagini dell'angiografo e per inviare il report su PACS e/o cartella elettronica;
- ✓ Utilizzabile senza adenosina;
- ✓ Possibilità di analisi retrospettiva;
- ✓ Identificazione della grey zone e suoi limiti per approccio ibrido;
- ✓ Letteratura scientifica attestante: Correlazione con FFR invasiva (sensibilità $\geq 80\%$, specificità $\geq 80\%$);
- ✓ Numero di pubblicazioni, impact factor, casistica di confronto FFR non inferiore complessivamente a 500 pz;
- ✓ Marcatura CE per l'uso clinico specifico;

Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/2016 ss.mm.ii. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- b. assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, entro le **ore 12:00 del 10 agosto 2018**, inviando una PEC all'indirizzo: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it, con oggetto "*consultazione preliminare di mercato per la fornitura hardware/software del sistema per la determinazione su base angiografica della riserva di flusso coronarico*", producendo la seguente documentazione:

- a. apposita documentazione tecnica attestante il possesso delle caratteristiche software richieste;
- b. formulazione di una o più soluzioni economiche;
- c. il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi prescritte;
- d. autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal presente avviso.

La predetta indagine ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di soggetti da consultare, oltre a quelli conosciuti, ai fini dell'affidamento della fornitura.

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito quest'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato rappresenti l'unico fornitore del servizio innanzi descritto, quest'Azienda intende manifestare, altresì, l'intenzione di affidare il suddetto servizio ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. e concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni economiche.

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

