



REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
 "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA
 Ing. Vittorio Emanuele Romallo

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 11 INCUBATRICI NEOTALI

Quest'Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla seguente fornitura:

n°11 INUBATRICI NEONATALI per le esigenze dell'u.o.c. **TIN E TNE** - *costo presunto € 196.000,00 oltre i.v.a.;*

Al presente avviso sono allegate le specifiche tecniche che la fornitura dovrà possedere.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a manifestare il proprio interesse, segnalando eventuali motivate osservazioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto previsto e consentire la più ampia partecipazione alla successiva gara d'appalto. Qualora si dovessero riscontrare delle divergenze tra le caratteristiche richieste, e quelle possedute, vogliate cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si raccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede tecniche, ma solo osservazioni motivate.

La presente consultazione viene pubblicata sulla home page del sito web aziendale, sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito web aziendale, sul sito web "SIMAP informazione sugli appalti europei".

Il sistema suddetto dovrà essere dotato di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medici.

Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/2016 s.m.i. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
- comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi;

Presentazione della domanda

SANT'ANNA - S. ANNA
 SEBASTIANO - S. ANNA
 TNE
 Medico
 Bernardo

SEBASTIANO - S. ANNA
 TNE
 Direttore

NE



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, e/o le loro considerazioni, entro le **ore 12:00 del 22 MARZO 2021**, inviando una PEC all'indirizzo: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it, con oggetto "*consultazione preliminare di mercato per la fornitura di n. 11 incubatrici neonatali*", producendo la seguente documentazione:

- a. il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi prescritte;
- b. autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal presente avviso.

La predetta indagine è finalizzata ad acquisire informazioni per quest'Azienda propedeutiche alle scelte strategiche di approvvigionamento.

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito quest'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

Ing. Vittorio E. Romallo
Direttore uoc Tecnologia Ospedaliera

Dott. Italo Bernardo
Direttore uoc TIN e TNE

A.O. S. SEBASTIANO - S. ANNA
REPARTO TIN e TNE
Dott. Italo Bernardo

Oggetto: fornitura in permuta di n. 11 incubatrici per Terapia Intensiva Neonatale in dotazione alla UOC TIN e TNE - Importo complessivo presunto: € 196.000,00

INCUBATRICE PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

Società partecipante alla gara	
Società costruttrice	
Modello dell'apparecchiatura	
Anno di produzione del modello	
Descrizione: N° 11 incubatrici neonatali per Terapia Intensiva Neonatale	caratteristiche tecniche minime obbligatorie
Campana a doppia parete o similare	con possibilità di visionare il neonato senza distorsioni asportabile con facilità per le manovre di emergenza o per gestione in open care del paziente
Possedere aperture e/o accessi per il passaggio di tubi per la ventilazione, cateteri, sondini, flebo, ecc., in numero non inferiore a sei e, preferibilmente, sulle pareti di testa e piedi	si
Dotata di regolazione elettronica della temperatura dell'aria all'interno della culla	da circa 20° a 39°C, con allarmi preimpostati.
Dotata di servocontrollo e regolazione elettronica della temperatura del neonato con allarmi reimpostati;	le sonde per il servocontrollo devono essere di diverso colore e di dimensioni contenute per una miglior gestione da parte degli operatori
Dotata di servocontrollo e regolazione elettronica dell'umidità relativa;	l'impostazione del grado di umidità deve essere sia automatica che manuale e deve poter variare dal 40% fino al 95% circa
Lettino paziente	Di tipo radiotrasparente ed estraibile a scorrimento da entrambi i lati
Corredato di cassetto Rx integrato,	con accesso da ambo le parti, possibilmente estraibile senza apertura del portellone per non stressare il paziente
Deve possedere una doppia pedaliera accessibile da entrambi i lati per la regolazione dell'altezza con indicazione della movimentazione (alto/basso)	si
Le incubatrici dovranno essere integrate e dotate di bilancia elettronica	con range di peso 400-7000 g. risoluzione di 1 grammo, memorizzazione dei dati
Dotata di software per la gestione dei trend di tutti i parametri,	si
Livello di rumorosità interna incubatrice	<= 50 dB
Il sistema che provvede a fornire l'umidità oltre a garantire la sterilità deve essere di facile pulizia	si
Le incubatrici devono poter essere disassemblabili (lettino, piano di appoggio, pareti, accessori, ecc...) per la normale pulizia e disinfezione senza l'utilizzo di attrezzature	si
Display per la visualizzazione dei seguenti parametri:	

A.O.S. SEBASTIANO - S. ANNA
DIPARTIMENTO TIN - TNE
DIRETTORE MEDICO
Dott. Paolo Bernardo



- temperatura centrale e periferica del paziente - temperatura dell'aria interna - percentuale di umidità relativa dell'aria - percentuale ossigeno - valore impostato di tutti i parametri	si
Tipologie di allarmi attivi per le seguenti condizioni:	<ul style="list-style-type: none"> • mancanza alimentazione elettrica, • anomalie sistema elettronico, • malfunzionamento della ventola per la circolazione dell'aria, • sovratemperatura, • anomalie sensore temperatura, • anomalie sonda temperatura cutanea, • anomalie sensore umidità relativa, • mancanza acqua distillata
Carrello elevatore elettrico dotato di 4 ruote doppie e piroettanti completamente frenanti	si
Dotata di cassettera integrata con possibilità di manovra anche a portellone aperto	si
Materassino confortevole, di adeguate dimensioni	si
Cassetto RX integrato compatibile con detettore digitale	Facile operabilità in assenza di apertura dell'incubatrice
Lampada da visita per il controllo del paziente a luminosità variabile	si
Filtro aria facilmente ispezionabile	si
Lampada per illuminazione piano di lavoro	si
L'incubatrice deve essere fornita di apposito braccio reggi tubo per la ventilazione	si
Garanzia (Mesi)	>=36
Contratto di manutenzione full-risk	<=7%
Tempo di intervento (Ore Solari)	Entro 24 h solari
Sede di assistenza più vicina	Riportare località
Numero visite di manutenzione preventiva	>= 2 anno (anche durante il periodo di garanzia comprensive di verifiche elettriche)
Permuta di n°11 incubatrici ATOM MEDICAL modello "V2200" al costo complessivo di € 1.000,00 oltre iva, al netto della base d'asta.	SI

A.O.S. SBB
REPAR
Dirigen
Dott. Italo

A.O.S. SBB
Dirigen
Dott. Italo



TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

CARATTERISTICHE
Possibilità di regolazione infinitesimale del grado di inclinazione di almeno 12°
dotata di materasso riscaldato gestito da servocontrollo per una migliore gestione del paziente in modalità open care
Monitor a colori per la gestione dei parametri paziente
Livello di rumorosità interna incubatrice ≤ 50 dB
Tasto di conferma per temperature $> 37^{\circ}\text{C}$ ed allarme overdrive
Valutazione della visualizzazione e controllo dei trend istante per istante tramite apposito cursore
Servocontrollo Ossigeno: Sensore O2
Servocontrollo Umidità
Livello di Integrazione
Valutazione del sistema di visualizzazione trend di temperatura e del trend del termogramma del neonato, col
Periodo di garanzia

A.O. S. SEBASTIANO - S.
REPARTO TIN - T1
Dipartimento Medicine
Dott. Valerio Barbera



Il Responsabile
Dipartimento
TIN - T1

