

Rettifica**Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche****Forniture****Base giuridica:**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore**I.1) Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Numero di identificazione nazionale: 16029

Indirizzo postale: via F. Palasciano

Città: Caserta

Codice NUTS: ITF31 Caserta

Codice postale: 81100

Paese: Italia

E-mail: gare.tecnologia@ospedalecasertapec.it

Tel.: +39 0823-231111

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <https://www.ospedale.caserta.it/bandiattivi.htm>

Indirizzo del profilo di committente: www.ospedale.caserta.it

Sezione II: Oggetto**II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

consultazione preliminare di mercato per la fornitura di microscopio operatorio per Neurochirurgia

II.1.2) Codice CPV principale

33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

consultazione preliminare di mercato per la fornitura di microscopio operatorio per Neurochirurgia

Sezione VI: Altre informazioni**VI.5) Data di spedizione del presente avviso:**

21/01/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale

Avviso originale spedito mediante eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Login per clienti TED eSender: nromvtto

Numero di riferimento dell'avviso: 2021-001270

Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 005-004270

Data di spedizione dell'avviso originale: 05/01/2021

Sezione VII: Modifiche**VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere**

VII.1.1) Motivo della modifica

Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale

Numero della sezione: II.2.4

anziché:

Data: 25/01/2020

Ora locale: 12:00

leggi:

Data: 01/02/2021

Ora locale: 12:00

VII.2) Altre informazioni complementari:

Correzione errore materiale - Il termine per la presentazione dei contributi è prorogato al 01/02/2021 ore 12:00.



Azienda Ospedaliera di Caserta
“Sant’Anna e San Sebastiano”
 di rilievo nazionale e di alta specializzazione
 Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA
 Ing. Vittorio Emanuele Romallo

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MICROSCOPIO OPERATORIO PER NEUROCHIRURGIA

Quest’Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla seguente fornitura:

n°1 MICROSCOPIO OPERATORIO per le esigenze dell’u.o.c. **NEUROCHIRURGIA** - *costo presunto € 170.000,00 oltre i.v.a.;*

Al presente avviso sono allegate le specifiche tecniche che la fornitura dovrà possedere.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a manifestare il proprio interesse, segnalando eventuali motivate osservazioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto previsto e consentire la più ampia partecipazione alla successiva gara d’appalto. Qualora si dovessero riscontrare delle divergenze tra le caratteristiche richieste, e quelle possedute, vogliate cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si raccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede tecniche, ma solo osservazioni motivate.

La presente consultazione viene pubblicata sulla home page del sito web aziendale, sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito web aziendale, sul sito web “SIMAP informazione sugli appalti europei”.

Il sistema suddetto dovrà essere dotato di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medici.

Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 Dlgs n. 50/2016 s.m.i. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata;
- b. assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
- c. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi;

Presentazione della domanda


Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, e/o le loro considerazioni, entro le **ore 12:00 del 25 gennaio 2020**, inviando una PEC all'indirizzo: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it, con oggetto "*consultazione preliminare di mercato per la fornitura di microscopio*", producendo la seguente documentazione:

- a. il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi prescritte;
- b. autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal presente avviso.

La predetta indagine è finalizzata ad acquisire informazioni per quest'Azienda propedeutiche alle scelte strategiche di approvvigionamento.


Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito quest'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

Ing. Vittorio E. Romallo
Direttore uoc Tecnologia Ospedaliera



Azienda Ospedaliera
Innovazione Tecnologica e HTA
Il Direttore

Pof. Pasqualino De Marinis
Direttore uoc Neurochirurgia



A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano"
CASERTA
U.O.C. Neurochirurgia
Il Direttore
Dott. Pasqualino De Marinis
NA 18523

Il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Microscopio operatorio per neurochirurgia

Descrizione: N° 1 Microscopio operatorio per neurochirurgia	caratteristiche tecniche minime obbligatorie
Ottica totalmente Apocromatica	obiettivo, zoom, tubo binoculare
Messa a fuoco motorizzata	distanza di lavoro (200 – 600) mm $\pm 10\%$
Zoom motorizzato	rapporto di zoom 1: 6
fattore di ingrandimento	$y = 0.4x - 2.4x \pm 10\%$
Oculari magnetici 10x ad ampio campo con conchiglie oculari integrate	si
Autofocus con 2 punti laser visibili	si
Dispositivo elettronico di intensificazione della profondità di campo in funzione dell'ingrandimento	ad inserimento rapido
Dispositivo di traslazione x,y programmabile con velocità di traslazione dipendente dall'ingrandimento prescelto	alta velocità ai piccoli ingrandimenti, bassa velocità a elevati ingrandimenti
Possibilità di inversione del movimento x,y	si
Reset automatico del x,y.	si
Possibilità di memorizzazione del fuoco	Con riposizionamento automatico
Illuminazione con cambio automatico della lampada	2 x 300 W Xenon
Controllo automatico del diaframma per regolazione dell'illuminazione in base al campo visivo Impostazione della soglia di luce individuale	si
Regolazione manuale del diametro del campo di illuminazione	si
Raggio di illuminazione aggiuntivo per schiarire le ombre	si
interfaccia utente con video a schermo intero	Movimento robotizzato XY su più assi (velocità variabile)
messa fuoco micrometrica con comando sia elettronico che manuale	Funzione attivabile sia su microscopio che su pedaliera
Stativo a pavimento con sistema di bloccaggio ruote di tipo elettromagnetico	si




Possibilità di memorizzazione dei preset dei parametri di configurazione per singolo operatore	Almeno 6 preset memorizzabili
Videocamera stereo 4K 3D, completamente integrato, 2 x 3 chip 4K, 2160p,	si
Monitor video 3D 4K, con carrello mobile	da 55" esterno
2° monitor HD 4K 3D	>24"
Registrazione video HD integrata, registrazione a bassa risoluzione, editing e streaming	si
Sistema di coosservazione con tubo principale inclinabile	si
Dotazione in configurazione base della Fluorescenza intraoperatoria BLUE 400 INFRAROSSI 800 INFRARED 800 Compact INFRARED 800 con FLOW 800 YELLOW 560	Si
Connettività full DICOM	Trasmissione ed archiviazione su RIS-PACS
Garanzia (Mesi)	48 MESI
Contratto di manutenzione full-risk (post garanzia)	<= 7%
Tempo di risoluzione del guasto (Ore Solari)	< 24h
Sede di assistenza più vicina	Specificare

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Nel caso in cui il sistema abbia una Rete condivisa Memorizzazione dati WLAN con interfaccia di navigazione hotspot WiFi: sarà attribuito un punteggio.
Nel caso in cui il sistema sia in grado di acquisire immagini sia su HDD che su supporto USB: sarà attribuito un punteggio.
Nel caso in cui il sistema abbia in configurazione base la pedaliera wireless: sarà attribuito un punteggio.
Nel caso in cui il sistema sia in grado di garantire connettività / gestione dati ingresso video per sorgenti video HD esterne per collegamento a sistema di integrazione S.O.: sarà attribuito un punteggio.
Nel caso in cui il sistema abbia una qualità dell'interfaccia utente nella gestione del modulo di robotizzazione: sarà attribuito un punteggio.
Nel caso in cui il microscopio possa essere utilizzato anche con modalità "esoscopio" sarà attribuito un punteggio
Ergonomicità del sistema
Se la garanzia offerta andrà oltre i 48 mesi sarà attribuito un punteggio.

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_nromvtto
NO_DOC_EXT:	2021-001270
SOFTWARE_VERSION:	11.0.3
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	vittorio.romallo@gmail.com

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F01
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) **Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Numero di identificazione nazionale: 16029

Indirizzo postale: via F. Palasciano

Città: Caserta

Codice NUTS: ITF31 Caserta

Codice postale: 81100

Paese: Italia

E-mail: gare.tecnologia@ospedalecasertapec.it

Tel.: +39 0823-231111

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <https://www.ospedale.caserta.it/bandiattivi.htm>

Indirizzo del profilo di committente: www.ospedale.caserta.it

I.3) **Comunicazione**

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Autorità regionale o locale

I.5) **Principali settori di attività**

Salute

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

consultazione preliminare di mercato per la fornitura di microscopio operatorio per Neurochirurgia

II.1.2) **Codice CPV principale**

33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3) **Tipo di appalto**

Forniture

II.1.4) **Breve descrizione:**

consultazione preliminare di mercato per la fornitura di microscopio operatorio per Neurochirurgia

II.1.5) **Valore totale stimato**

Valore, IVA esclusa: 170 000.00 EUR

II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) **Descrizione**

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITF31 Caserta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Quest'Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla seguente fornitura:

n°1 MICROSCOPIO OPERATORIO per le esigenze dell'u.o.c. NEUROCHIRURGIA - costo presunto € 170.000,00 oltre i.v.a.;

Al presente avviso sono allegate le specifiche tecniche che la fornitura dovrà possedere.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a manifestare il proprio interesse, segnalando eventuali motivate osservazioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto previsto e consentire la più ampia partecipazione alla successiva gara d'appalto. Qualora si dovessero riscontrare delle divergenze tra le caratteristiche richieste, e quelle possedute, vogliate cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si raccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede tecniche, ma solo osservazioni motivate.

La presente consultazione viene pubblicata sulla home page del sito web aziendale, sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito web aziendale, sul sito web "SIMAP informazione sugli appalti europei".

Il sistema suddetto dovrà essere dotato di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medici.

Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/2016 s.m.i. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- b. assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
- c. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi;

Presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, e/ o le loro considerazioni, entro le ore 12:00 del 25 gennaio 2020, inviando una PEC all'indirizzo: tecnologiaospedialiera@ospedalecasertapec.it, con oggetto "consultazione preliminare di mercato per la fornitura di microscopio", producendo la seguente documentazione:

- a. il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi prescritte;
- b. autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal presente avviso.

La predetta indagine è finalizzata ad acquisire informazioni per quest'Azienda propedeutiche alle scelte strategiche di approvvigionamento.

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito quest'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

II.2.14) Informazioni complementari

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:

01/02/2021

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Descrizione**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

05/01/2021