



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA MOTORIZZATO ELETTRICO A BATTERIA

Quest'Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla seguente fornitura:

Sistema motorizzato elettrico a batteria per le esigenze della u.o.c. Cardiochirurgia - costo presunto del sistema, comprensivo di assistenza full risk, durante il periodo di garanzia, e del materiale di consumo per tre anni: € 72.000,00 *oltre i.v.a.*

Al presente avviso sono allegate le specifiche tecniche che la fornitura dovrà possedere.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a manifestare il proprio interesse, segnalando eventuali motivate osservazioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto previsto e consentire la più ampia partecipazione alla successiva gara d'appalto. Qualora si dovessero riscontrare delle divergenze tra le caratteristiche richieste, e quelle possedute, vogliate cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si raccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede tecniche, ma solo osservazioni motivate.

La presente consultazione viene pubblicata sulla home page del sito web aziendale, sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito web "SIMAP informazione sugli appalti europei".

Il sistema suddetto dovrà essere dotato di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medici.

Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/2016 s.m.i. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
- comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi;

Presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, e/o le loro considerazioni, entro le **ore 12:00 del 10 settembre 2021**, inviando una PEC all'indirizzo: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it, con oggetto "*consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un sistema motorizzato elettrico a batteria*", producendo la seguente documentazione:

- il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi prescritte;
- autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal presente avviso.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

La predetta indagine è finalizzata ad acquisire informazioni per quest'Azienda propedeutiche alle scelte strategiche di approvvigionamento.

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito quest'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

Ing. Vittorio E. Romallo
Direttore uoc Tecnologia Ospedaliera

SISTEMA MOTORIZZATO ELETTRICO A BATTERIA

Società partecipante alla gara	
Società costruttrice	
Modello dell'apparecchiatura	
Anno di produzione del modello	
Descrizione: n°1 Sistema motorizzato a batteria per le esigenze dell'u.o.c. Cardiochirurgia.	caratteristiche tecniche minime obbligatorie
I dispositivi sono di recente immissione sul mercato	SI
Taglio, perforazione e rimozione di piccole e grandi ossa.	SI
manipoli	in alluminio anodizzato, leggeri e resistenti agli urti.
scocca sigillata	per garantire una maggiore resistenza alle sterilizzazioni ed una migliore affidabilità nel tempo
lavabili in termodisinfettore	SI
Momento meccanico massimo 15 Nm	SI
Accessori:	<ul style="list-style-type: none"> • N°1 Terminale di Jacobs con chiave di serraggio; • N°2 Terminale attacco rapido A/O per alesaggio; • N°2 Terminale attacco Hudson/Trinkle per alesaggio.
N. 1 macro-manipolo sega sagittale , alimentato a batteria, per tagliare tessuto rigido e/o osseo nel corso di interventi di chirurgia generale. Corredato di tutti gli accessori necessari per il corretto utilizzo.	SI
N.2 macro-manipolo sega sternale , a batteria, per tagliare le ossa e altri tessuti correlati a quello osseo, incluso lo sterno. Corredato di tutti gli accessori necessari per il corretto utilizzo.	SI
Velocità regolabile	SI
Protezione da ingresso liquidi	IPX8
conforme ai seguenti standard	IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2
emissioni RF sono molto basse ed assenza di interferenze nei dispositivi elettronici vicini.	Classe A - IEC 61000-3-2
Assenza di fluttuazioni di tensione/ emissioni flicker	CEI 61000-3-3
Protezione da sovratensione CEI 61000-4-5	SI
Numero di repertorio	SI
N.1 Caricabatterie modulare idoneo per l'alloggiamento contemporaneo di almeno n.4 batterie.	SI
N°6 Batterie autoclavabili agli ioni di litio	compatibili per il funzionamento dei manipoli <i>macro</i> , per evitare effetto memoria e garantire la massima capacità per tutta la durata della batteria, indicatore luminoso di durata.
Fabbisogno annuale materiale di consumo (lame)	n.160 lame sternali (offrire disponibilità di varie misure); n.80 lame sagittali varie misure (offrire disponibilità di varie misure);
Garanzia full-risk (Mesi)	>=36
Contratto di manutenzione full-risk	>=7% del valore di aggiudicazione
Tempo di intervento (Ore Solari)	>24 h
Sede di assistenza più vicina	In Campania
Numero visite di manutenzione preventiva	>= 1 anno (anche durante il periodo di garanzia comprensive di verifiche elettriche)

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Momento meccanico massimo maggiore di 15 Nm – Per ogni 0.5 Nm >15, sarà attribuito un punteggio.
Condizione di funzionamento orario e antiorario - qualora sia offerta tale specifica sarà attribuito un punteggio.
Ergonomia e maneggevolezza (discrezionale). Sarà valutata la capacità del sistema di adeguarsi facilmente alle diverse tipologie di interventi chirurgici sulla base dell'ampia scelta del materiale di consumo.
Sistema di controllo surriscaldamento sia del motore che della batteria (discrezionale). Sarà valutata la specificità della soluzione offerta sulla base delle caratteristiche intrinseche riportate sulla scheda tecnica.
Caricabatterie modulare in grado di fornire informazioni specifiche sulla batteria tramite spie luminose ed una schermata informativa che riporti informazioni sulla capacità prestazionale della batteria e lo stato della batteria, incluse le indicazioni che la batteria è in fase di ricarica o condizionamento, che è pronta oppure che deve essere sostituita (discrezionale). Sarà valutata la specificità della soluzione offerta sulla base delle caratteristiche intrinseche riportate sulla scheda tecnica.
Nel caso in cui durante il periodo di garanzia il tempo di risoluzione del guasto eccede le 24h successive alla qualificazione del guasto, sarà messo a disposizione un'unità sostitutiva muletto - Qualora sia offerta tale specifica sarà attribuito un punteggio.
Garanzia oltre i 36. Saranno attribuiti punteggi ogni 4 mesi in più. Non verranno valutate frazioni inferiori a 4 mesi.

Il costo annuale del materiale di consumo è 17.000,00 x 3 anni=51.000,00 oltre iva

Il costo del sistema è € 21.000,00+ IVA comprensivo di assistenza full risk durante il periodo di garanzia per tre anni (con esclusione del materiale consumabile).

Il costo complessivo del sistema, comprensivo del materiale di consumo per tre anni: **72.000,00 oltre iva.**

