



CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA

Quest'Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla seguente fornitura:

SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA

per le esigenze dell'UOSD SENOLOGIA.

Costo presunto € 10.000,00 oltre IVA.

Al presente avviso sono allegate le specifiche tecniche che la fornitura dovrà possedere.

Si invitano, pertanto, gli Operatori Economici a manifestare il proprio interesse, segnalando eventuali motivate osservazioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto previsto e consentire la più ampia partecipazione alla successiva gara d'appalto.

Qualora si dovessero riscontrare delle divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invitano cortesemente gli O.E. a segnalare le discrasie riscontrate, supportate da motivate considerazioni;

Tanto premesso al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si raccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede tecniche, ma solo osservazioni motivate.

La presente consultazione viene pubblicata sulla home page del sito web aziendale, sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito web "SIMAP informazione sugli appalti europei".

Tutti i dispositivi interessati devono riportare la marcatura CE e il numero di repertorio BD/RDM.

Requisiti minimi richiesti agli Operatori Economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/2016 s.m.i. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- b. assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
- c. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi.



Presentazione della domanda

Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse e/o le loro considerazioni, entro le **ore 12:00 del 05 ottobre 2022**, inviando una PEC all'indirizzo: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it, con oggetto "*consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA*", producendo la seguente documentazione:

- a. il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi prescritte;
- b. autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal presente avviso.

La predetta indagine è finalizzata ad acquisire informazioni per quest'Azienda propedeutiche alle scelte strategiche di approvvigionamento.

Gli Operatori Economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

A tal proposito quest'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

Ing. Vittorio E. Romallo
Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA



Allegato 1: Specifiche tecniche

Costruttore	
Modello	
Anno di produzione	
Descrizione: <i>SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA</i>	
Caratteristiche Tecniche Minime OBBLIGATORIE pena esclusione	
✓	Letto con display integrato, preferibilmente portatile per l'utilizzo in sala operatoria, ergonomico, maneggevole
✓	Tecnologia RFDI o simile atta alla riduzione al minimo delle interferenze elettromagnetiche con le apparecchiature in sala operatoria
✓	Presenza di un marcatore RFDI, visibile sia sotto guida ecografica che stereotassica, rivestito da materiale altamente biocompatibile che riduca altresì al minimo la migrazione all'interno della mammella
✓	Possibilità di impianto del marcatore RFDI all'interno della mammella almeno per 30 giorni, preferibilmente contraddistinto da un codice univoco visualizzabile sul display del lettore, consentendo la marcatura di diverse aree della mammella
✓	Visualizzazione a display della distanza in mm tra la sonda ed il marcatore, anche di quella massima
✓	Sonda chirurgica sterile monouso, di piccole dimensioni, leggera e facilmente manovrabile all'interno della mammella