

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 1 CAMERA IPERBARICA MOBILE

Quest'Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla fornitura in noleggio operativo per un periodo di mesi 12.

Il costo presunto del noleggio operativo per 12 mesi è pari a 190.000,00 oltre iva.

Al presente avviso sono allegate le specifiche tecniche che la fornitura dovrà possedere. Si invitano, pertanto, gli operatori economici a manifestare il proprio interesse, segnalando eventuali motivate osservazioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto previsto e consentire la più ampia partecipazione alla successiva gara d'appalto. Qualora si dovessero riscontrare delle divergenze tra le caratteristiche richieste, e quelle possedute, vogliate cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si raccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede tecniche ma solo osservazioni motivate.

La presente consultazione preliminare di mercato, pubblicata sulla home page del sito web aziendale, sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito web "*SIMAP informazione sugli appalti europei*".

La fornitura richiesta dovrà essere dotata di marcatura CE e numero di repertorio dispositivi medici.

Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 65 D.Lgs n. 36/2023 che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- assenza di cause di esclusione stabilite dal D.Lgs 36/2023;
- comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi.

Presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, e/o le loro considerazioni, entro le **ore 12.00 del 22 gennaio 2024**, inviando una PEC all'indirizzo: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it, con oggetto "*Consultazione preliminare di mercato per la fornitura in noleggio operativo di n. 1 camera iperbarica mobile*", producendo la seguente documentazione:

- il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentante, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi prescritte;
- autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal presente avviso;
- elenco dei sistemi installati sul territorio nazionale suddiviso tra Aziende del SSN e Enti Privati Accreditati.

La predetta indagine è finalizzata ad acquisire informazioni, per quest'Azienda, propedeutiche alle scelte strategiche di approvvigionamento.





Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. A tal proposito quest'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indicazione della successiva gara.


Ing. Vittorio E. Romallo
Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA



Si riportano, di seguito, le specifiche tecniche per la fornitura del Sistema e della relativa conduzione e manutenzione full risk:

Società costruttrice	
Modello dell'Apparecchiatura	
Anno di produzione del modello	
	Caratteristiche tecniche minime obbligatorie
Descrizione: Camera Iberbarica multiposto	
Sistema Realizzato in acciaio di alta qualità	SI
pressione operativa di 4,0 o 6,0 ATA	SI
Costituito da un singolo modulo PCS	SI
Capacità del modulo da 4+2 pazienti contemporaneamente	SI
Dotata di N. 1 posto per l'Assistente (tecnico o medico) posizionato sul portellone di accesso.	SI
Ingresso a livello pavimento o mediante scivolo	SI
camera principale C.P. dotata di portellone - luce e chiusura ermetica a pressione	SI
Linea di alimentazione ossigeno esclusivamente esterna con valvola di intercettazione per ogni Paziente	SI
Consolle interna dotata di tutti i comandi di emergenza	SI
Dotazione di valvole motorizzate e servo assistite per carico e scarico aria, per distribuzione ossigeno e scarico espirato	SI
comandi manuali di intercettazione in caso di emergenza	SI
Sistema di produzione dell'aria respirabile con compressori silenziosi completi di n°2 serbatoi di stoccaggio aria da 5000 lt. circa	SI
Sistema di condizionamento interno alla camera iperbarica secondo le nuove normative ISPESL	SI

Impianto antincendio in linea con le nuove normative ISPEL con un serbatoio da 3000 lt ed uno da 500 lt (valori indicativi)	SI
Sistema di filtraggio supplementare per aria prodotta dal compressore con gruppo di filtri coalescenti in grado di garantire un residuo massimo di olio pari a 0,01 mg/mc in linea con le norme EN	SI
Pressione max di esercizio 5 BAR Pressione di collaudo 7,5 BAR Norme di costruzione, certificazione e collaudo PED	SI
SERVIZIO CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO IPERBARICO: La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di due tecnici, di certificata esperienza professionale, per tutta la durata del contratto, 24 mesi, al fine di fornire il servizio di conduzione della camera iperbarica, con oneri ricompresi nel presente appalto. Tali tecnici, quindi, al netto di ferie, festività, permessi annui retribuiti, assemblee, malattia, formazione etc., dovranno garantire il servizio di conduzione dell'impianto iperbarico, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00, per 11 mesi all'anno, da Gennaio a Dicembre, escluso il mese di Agosto. L'Assuntore dovrà prevedere la presenza di un terzo tecnico al fine di garantire la continuità del servizio.	
Servizio di manutenzione full risk della camera iperbarica per 12 mesi	
Redazione dei Registri per la conduzione della camera iperbarica La camera iperbarica deve essere dotata di Registri su cui vanno annotate sistematicamente le omologazioni, i controlli degli Enti ispettivi, i parametri delle terapie effettuate, i controlli e le manutenzioni degli impianti, gli interventi straordinari e ogni tipo di evento che può compromettere la sicurezza dei pazienti e del personale	
Gestione dei pazienti La gestione dei pazienti consiste nell'effettuare e verificare tutte quelle procedure di prevenzione relative ai rischi connessi alla terapia iperbarica che riguardano i pazienti. L'introduzione dei pazienti nella camera iperbarica prima di ogni trattamento terapeutico deve avvenire mediante una procedura di controllo dei singoli pazienti; tale procedura, preventivamente stabilita, deve essere attuata e documentata per iscritto dall'incaricato alla sorveglianza dei pazienti. A tale procedura deve sottostare anche il medico o l'infermiere professionale che eventualmente accompagna i pazienti nella camera. I pazienti e il personale sanitario di assistenza che vengono introdotti nella camera iperbarica non devono avere sul proprio corpo prodotti contenenti sostanze volatili infiammabili (creme, unguenti, disinfettanti, lacche, grassi, oli, rossetti, smalti, ecc.) nè cose facilmente combustibili. L'accesso alla camera iperbarica è consentito unicamente ai pazienti che indossano solamente una tuta fornita dal Centro iperbarico oppure indumenti realizzati con cotone al 100% e controllati dal responsabile medico della camera. I pazienti devono entrare senza calzari oppure con calzari forniti dal Centro iperbarico. I pazienti devono poter liberarsi da cariche elettrostatiche mediante punti di connessione alla struttura metallica della camera.	



Deve essere richiesta apposita autorizzazione al responsabile medico della camera per introdurre in essa oggetti come: protesi, guanti, bastoni, sedie, scarpe, bende, liquidi, involucri, grassi, oli, cibo, bevande, oggetti personali nonché dispositivi medici, apparecchi medicali ed elettromedicali. Eventualmente, i pazienti possono essere assoggettati a controllo mediante metal-detector. I pazienti che devono subire il trattamento terapeutico devono essere informati sulle procedure e sui pericoli ad esso connessi, essere edotti sui comportamenti da tenere all'interno della camera nei casi di emergenza e devono conoscere i rischi presenti nella camera stessa; essi devono poter esprimere il cosiddetto consenso informato per iscritto e per ogni ciclo terapeutico. Anche i medici non esperti che devono entrare nella camera iperbarica dovranno essere adeguatamente informati. I parenti e/o i legali rappresentanti dei malati non in grado di esprimere il citato consenso devono essere informati sulla terapia e sui rischi, sulle norme di vestiario, sul divieto di introduzione di oggetti; devono poter esprimere il consenso informato in luogo del malato da loro rappresentato

Procedure relative al trattamento

la ditta aggiudicataria dovrà predisporre procedure scritte da fornire al paziente riguardanti i seguenti punti:

- comportamento in caso di principio di incendio in camera iperbarica o di altre situazioni di pericolo
- adattamento dei sistemi individuali di respirazione e di erogazione dell'ossigeno
- fase di compressione
- durante la fase di permanenza in terapia:
 - passaggio da aria ad ossigeno e viceversa
 - comunicazioni con il personale
 - fase di decompressione.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre predisporre delle procedure scritte relative ai controlli da effettuare sui pazienti per evitare l'introduzione di oggetti o di sostanze pericolose prima dell'ingresso in camera iperbarica.

