



**Oggetto: Procedura per l'affidamento della fornitura della pompa artroscopica e accessori vari per chirurgia della spalla per le esigenze della uoc ortopedia e traumatologia – RDO MePa n. 4182126 del 19.03.2024**

**VERBALE SEDUTA RISERVATA n.1 del 18.04.2024**

In data 18.04.2024, alle ore 09:10 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche telematiche pervenute dagli operatori economici concorrenti per il LOTTO 1, nominata giusta deliberazione n. 435 del 09/04/2024, composta come segue:

- Ing. Roberta Aprea – Ingegnere Biomedico UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA – Presidente e segretario verbalizzante;
- Dott. Gennaro Campopiano – Dirigente Medico UOC Ortopedia e Traumatologia - Componente;
- Dott. Massimo Esposito – Dirigente Medico UOC Ortopedia e Traumatologia - Componente;

Premesso che

- i componenti della predetta Commissione hanno compilato e sottoscritto l'apposito modulo per la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, in atti giacente
- la gara è suddivisa n. 3 Lotti di seguito specificati:
  - ✓ LOTTO 1 – Fornitura di n. 1 pompa artroscopica;
  - ✓ LOTTO 2 – Fornitura di n. 1 albero di trazione e 25 manicotti monouso,
  - ✓ LOTTO 3 – fornitura di n.3 cuscini pneumatici,

IL LOTTO 1 è da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi è quello oggetto di valutazione da parte della succitata Commissione.

Tanto premesso, si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione prende atto di quanto di seguito riportato che per il LOTTO 1 hanno partecipato i seguenti operatori economici:

1. ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L;
2. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A;
3. STRYKER ITALIA SRL SU;

La Commissione prende atto, altresì, dei chiarimenti forniti dal RUP, sulla procedura di gara, relativamente al LOTTO 1 e pubblicati sul portale MEPA in data 27.03.2024.

La Commissione inizia, quindi, i lavori di valutazione delle offerte tecniche presentate dai n. 3 operatori economici

cocorrentiper il LOTTO 1.

La Commissione valuta le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti e in merito al possesso dei requisiti minimi previsti dalla documentazione stabilisce quanto segue:

- Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L, e STRYKER ITALIA SRL SU sono CONFORMI ai requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara.
- L'offerta tecnica presentata dall'operatore economico JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. NON CONFORME ai requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara: in quanto la pompa artroscopica offerta da codesto operatore non possiede il seguente requisito minimo: Display touch screen con possibilità di creare profili utenti personalizzati e pre-programmabili.

A tal proposito la Commissione prende atto della dichiarazione di equivalenza formulata ai sensi dell'art. 79 del dlgs 36 del 2023, dall'operatore economico JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A, in merito al sistema offerto in gara. Dalla documentazione di gara in cui viene descritto il sistema non appare però equiparabile funzionalmente, ad avviso della Commissione, la modalità di regolazione della pressione inflow/outflow alle moderne tecnologie che consentono, al contrario, di preselezionare in maniera automatica la più consona combinazione di pressione relativa all'articolazione da trattare (spalla, ginocchio, anca, piccole articolazioni). Non è presente inoltre un'interfaccia utente touch che fornisca informazioni istantanee e consenta di creare profili utenti personalizzabili e preprogrammabili.

Pertanto, la Commissione procede ad escludere l'operatore economico JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A, e ad ammettere gli operatori economici ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L e STRYKER ITALIA SRL SU, alle successive fasi di gara attribuendo i seguenti punteggi qualitativi agli operatori economici ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L e STRYKER ITALIA SRL SU, tabella 1.

La Commissione terminati i lavori di cui sopra da luogo all'apertura dell'offerta economica telematica e prende atto della graduatoria finale risultante dal portale MEPA.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante, che provvederà alla trasmissione al RUP. La seduta viene chiusa alle 11:50 circa.

Il presente verbale consta di 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Roberta Aprea – Presidente e Segretario verbalizzante Roberta Aprea

Dott. Gennaro Campopiano - Componente Gennaro Campopiano

Dott. Massimo Esposito - Componente Massimo Esposito

**LOTTO 1 - TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO**

PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	ZIMMER BIOMET ITALIA	STRYKER ITALIA SRL SU
			ZIMMER modello TRICERA	STRYKER modello CROSSFLOW
Supporto in sala operatoria	Discrezionale Sarà valutata la tipologia e l'organizzazione del servizio di supporto e training offerto riferito alla tipologia specifica di intervento	Max punti 10	10 punti	10 punti
Pompa artroscopica che consenta l'utilizzo sia inflow, che combinato inflow-outflow.	Tabellare SI/NO	Punti 10	SI 10 punti	SI 10 punti
Pompa per artroscopia in grado di fornire, attraverso l'impiego di una interfaccia utente il monitoraggio e relativo controllo automatico della temperatura.	Tabellare SI/NO	Punti 15	SI 15 punti	SI 15 punti
Tubolature integrate inflow-outflow di tipo a cassetta per facilitare il settaggio della pompa artroscopica	Tabellare SI/NO	Punti 10	SI 10 punti	SI 10 punti
Nel caso in cui la pompa sia in grado di interagire con le console di resezione più comuni presenti sul mercato al fine di fornire una visualizzazione sinergica alle procedure di sbrigliatura di osso e tessuti molli.	Tabellare SI/NO	Punti 10	SI 10 punti	SI 10 punti
Dotato di display touch screen >5"	Tabellare Ogni 0,5" > di 5" saranno attribuiti 1 punto	Max punti 5	7" 4 punti	8" 5 punti
Garanzia full risk >36 mesi	Tabellare Per ogni 2 mesi in più rispetto ai 36 mesi richiesti verranno attribuito 1 punto	Max 10 punti	56 mesi 10 punti	48 mesi 6 punti
<b>TOTALE</b>			<b>69 PUNTI</b>	<b>66 PUNTI</b>
<b>TOTALE RIPARAMETRATO</b>			<b>70 PUNTI</b>	<b>66,95 PUNTI</b>

# Graduatoria Definitiva

Seleziona lotto

POMPA ARTROSCOPICA



## 🔍 Lotto 1 - POMPA ARTROSCOPICA

Criterio di aggiudicazione: Miglior rapporto qualità prezzo

N. partecipazione	Denominazione concorrente	Valore complessivo offerta	Punteggio complessivo	Stato aggiudicazione	Proposta aggiudicazione
1272256	ZIMMER BIOME ...	-	100	AMMESSO	<b>RIMUOVI PROPOSTA</b>
1254577	STRYKER ITAL ...	-	81,81	AMMESSO	<b>PROPONI AGGIUDICAZIONE</b>